

ERİŞKİN PLASTİK OMURGA TAHTASI (SPINE BOARD) TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1-KONU: Sağlık Müdürlüğü, 112 İliyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Ocaklarında bulunan Ambulanslarda kullanılacak olan Omurga tahtası(Spine board) teknik şartnamesidir.

2-İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Omurgalarında zedelenme olan hastaların taşınmasında kullanılacak olan bu tahta, yüksek mukavementli yüksek dansiteli polietilen içerikli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2. Omurga tahtasının yüzeyi deterjanlarla ve dezenfektanlarla kolay temizlenir olmalı.
- 2.3. Omurga tahtası suya karşı dirençli olmalı.
- 2.4. Baş sabitleyicisiyle kullanıma uygun tasarımı olmalı.X ışınlarını geçirgen olmalı, X-ray, CT veya MRI'da alına görüntülerde artefakt oluşturmamalıdır.
- 2.5. Sirt tahtası kenarında taşımayı kolaylaştıracak 4 - 12 adet geniş el tutma boşluğu olmalı.
- 2.6. Bu boşlukların en az ikisine hasta sabitleme kemeri (bkz. aşağı) takılabilir olmalıdır.
- 2.7. Boyutlar;
- a. Uzunluk: Minimum 183, Maksimum 187 cm arasında olmalıdır
 - b. Genişlik: 40 - 45 cm olmalıdır
 - c. Kalınlık: 3 - 4.5 cm olmalıdır
 - d. Ağırlık: 3 - 9 kg olmalıdır
- 2.8. Taşıma kapasitesi: Minimum 150 kg ağırlık için uygun olmalıdır.
- 2.9. Tahtanın kenarları yuvarlatılmış olmalı, keskin köşe veya kenar içermemelidir.
- 2.10. Hastayı sabitlemek için en az 3(üç) adet emniyet kemeri olmalı.

3-İSTENİLEN DÖKÜMANLAR:

3.1. Teklif edilen malzeme ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalı, CE belgesi ve TS EN 1865-1 belgesine sahip olmalı ve firma teklifinde bunu belgelemelidir.

3.2. Cihazın özelliklerini belirten orijinal katalogu da teklifle birlikte verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Adnan BAĞE
CBİ TIP FAK. HASTANESİ
Acil Tıp Uzmanı
Diploma No: 10336
Diploma Uzmanlık Tesc. No: 187893