

OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, plastik gövdeli, emniyet pimli, aktivasyon tetikli, gaz filitreli etilen oksit kartuşlarının kullanımına uygun olacaktır. Çıplak veya muhafazalı tip etilen oksit ampüllerinin kullanımına müsait olmamalıdır.
2. Etilen oksite tepkime vermeyen, iç ve dış gövdesi en az 2mm paslanmaz çelikten mamül olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.
3. Kapak contası etilen oksite uygun özel silikon bazlı materyalden imal edilmiş ve düz yüzeyli olmalı ve EtO kartuşlarını güvenli şekilde muhafaza etmelidir.
4. Alet yıkama makinesinde yıkanmaya ve kimyasal solüsyonların etkisine dayanıklı olmalıdır.
5. Çalışması için uzaktan kumandaya ihtiyaç duymamalı, uzaktan kumanda iletişimde oluşabilecek cep telefonu, radyo dalgaları,vb. parazit sinyallerinden etkilenmesinin önüne geçilmelidir.
6. Aktivatör 4,8 V NiMH sarj edilebilen batarya ile çalışmalıdır. Batarya durumunu ihbar eden en az 4 aşamalı sarj göstergesi aktivatör üzerinde bulunmalıdır. Aktivatör ile birlikte, toplam sarjı maksimum 2,5 saatte yapabilecek 1 adet sarj adaptörü verilecektir.
7. Yanmaya ve basınca dayanıklı olmalıdır.
8. Numune görülecektir.


Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Arast.ve Rean.AD
Dok. No: 9541 Tescil No: 100366