

PEDİYATRİK TUBİNG SET

1. Tubing set ile ilgili teknik çizim ekte verilmiş olup, firmalar ürünlerini bu çizime imal edeceklerdir.
2. imalat hataları veya ölçü tutarsızlıkları olması halinde set değişimi yapılmalıdır.
3. Tubing set klinikte kullanılacak şekilde klinikle mutabık kalınacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.
4. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
5. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan malzemeler uzun miyadlı malzemelerle değiştirilmelidir.
6. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

