

ANATOMİK PELVİS REKONSTRİKSİYON PLAK ŞARTNAMESİ

1. Set pelvis rekonstruksiyonu yapmak amacıyla plaklar,vidalar,enstrumanlar ve sakral rodlardan oluşan komple set halinde olmalıdır.
2. Set içerisinde anatomik Symphyseal plak olmalıdır.
3. Set içerisinde en az 2 adet sağ ve 2 adet sol olmak üzere 4 adet anatomik sakro-iliak bileşke plağı olmalıdır,5.0mm self tapping kilitli vida ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
4. Set içerisinde en az 1 er adet uygun delik araklıklarında düz rekonstruksiyon plağı olmalıdır.,
5. Set içerisinde en az 1 er adet eğimli uygun delik araklıklarında olmak üzere anatomik pelvis rekonstruksiyon plağı olmalıdır.
6. Set içerisindeki tüm plaklar 2.jenerasyon titanyumdan imal edilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal ürün barkodlarında da belirtilmelidir.
7. Setin plakları titanyum (% 99,01 Ti) alaşımına sahip olmalıdır.
8. Set içerisindeki tüm plaklara ait her bir spesifik bending template (eğme/bükme kalıbı) olmalıdır.
9. Setin içerisindeki düz plaklar 3.5 mm olmalıdır.
10. Setin içerisindeki kavisli Posterior-Anterior anatomik pelvis plağı olmalıdır..
11. Setin içerisindeki Anatomik Crest plate olmalıdır.
12. Setin içerisindeki Curved Rekonstüksiyon plakları olmalıdır.
13. Set içerisindeki stabilizasyon spongios vidaları 10 mm den 30mm e kadar 2 artarak 30 mm den 60mm e kadar 5 er artarak full threaded Cancellous vidalar, 30mm den 60 mm e kadar 5 er artarak half threaded Cancellous kilitsiz vidalar olmalıdır.
14. Set içerisinde kilitsiz 3.5mm 12mm den 40mm e kadar 2 artarak ,40mm den 60mm e kadar 5 er artarak self tapping kortikal vida olmalıdır.
15. Pelvis çakma çıkartma seti olmalıdır.

Prof.Dr.Güvenir Okçu
Ortopedi ve Travmatoloji
Tesc.No:54891

Başhekim