

PENRÖZ DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Her kutuda 50 adet bulunmalıdır.
3. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
4. Doğal lastikten olmalıdır.
5. Cerrahi yara drenajı için kullanılmalıdır.
6. X-Ray ışınlarına geçirgen olmalıdır.
7. Poşetin tek tarafı şeffaf olmalıdır.
8. Teslim edilecek ürünlerden en az bir orijinal kutu numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CERTE Anestez ve Rean. AD
Dış. No: 2543 - Tescil No: 100366