

KV1006 Perikardiyal Mitral Biyoprotez İçin Teknik Sartname:

- 1- Stente giydirilmiş üç yaprakçıklı biyoprotez, siğir perikardından mamül olmalıdır.
- 2- Protezin mukavemeti uluslararası hakemli dergilerde en az 25 senelik takip çalışmaları ile ispatlanabilmelidir.
- 3- 20 sene sonunda 65 yaş üstü hastalara takılan her 100 kapağın en fazla 25'i yapısı bozulduğu için sökülmüş olmalıdır.
- 4- Hemodinamik duraganlığı en az 25 senelik takipler ile belgelenmelidir.
- 5- Yüksek basınç altında gluteraldehit ile tespitlenmiş olmalıdır.
- 6- Yaprakçıkları röntgen ışınları altında görüntülenebilmelidir.
- 7- Sterilize edilme uygun olmalıdır.
- 8- Kalsiyumdan arındırılmış olmalıdır ki yaprakçıklarında kalsiyum birikmesin.
- 9- Yaprakçıkları birbirine dolanmasını engellemek için biyoprotez yahut tutucusunun uygun bir düzeniği bulunmalıdır.
- 10- Yaprakçıkları dokunmuş polyesterden imal edilmelidir.
- 11- Ürünleri ile kıyasında, en geniş etabli açıklık alanına (EOA) sahip iki üründen biri olmalıdır.
- 12- 25-27-29-31-33 ve 35mm ölçüleri mevcut olmalıdır.
- 13- ISO 9001 ve CE standartlarına sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU
(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım						
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Malaydı	SUT Fiyatı	
1	PERİKARDİYAL MITRAL BİYOPROTEZ	1	ADET	(ay)	Mitral kapak değişimi olacak yaşlı hastalara kullanmak için					 / / 2019	 / / 2019	KV 1006		8.750.00 TL
2										 / / 2019	 / / 2019			
3										 / / 2019	 / / 2019			
4										 / / 2019	 / / 2019			
				 (ay)						 / / 2019	 / / 2019			

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

Prof.Dr.Seyhun KÜRSAT
Başhekim

.....
* İmza