


Periton Diyaliz Kateteri Şartnamesi

- Periton diyaliz kateterleri 31 ve 32 cm olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri 2 ya da 1 keçeli olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri tenchoff, kıvrımlı veya kuğu boynu şeklinde olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterinin paketinde adaptörü, kapağı ve kelepçeleri de bulunacaktır.
- Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı -kısımsı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 4,9 mm dış çapa ve 2,6 mm iç çapa sahip olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulanmaya uygun tasarımda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri steril, çift paketlemeye sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır.
- Malzemenin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Cocuk Yagun, 
Dr. Oğuzhan Uzmanlı
Dr. Neslihan ENGİN
DYSFENIYA DİŞ İZAHACI NR. 114060



**MANİSA
CELALİBAYAR
UNİVERSİTESİ
HAFTA SULTAN HASTANESİ**

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

Çocuk Yoğun Bakım Servisi

Prof.Dr.Özge YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı