

Buffer 7 Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Ürün sıvı formda olmalıdır.
2. Ürünün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır
3. Ürünün kaynama noktası sıcaklığı 109 °C (1013 hPa) olmalıdır.
4. Ürünün yoğunluğu 1.01 g/cm³ (20 °C)
5. Ürünün erime sıcaklığı -5 °C
6. Ürünün pH değeri 7.0 (H₂O, 20 °C)
7. Ürünün saklama sıcaklığı +15°C to +25°C.
8. Ürün 1 litre ambalajda olmalıdır.
9. Ürünün denenmesi için 1adet deneme numune verilmelidir.
10. Teklif veren firmada acil durumlar olması halinde kimyasal konusunda uzman en az bir kimyager veya kimya mühendisi bulunmalıdır. Ayrıca Olası Kimyasalların ambalajındaki kırılmalar ya da dökülmeler durumunda çevreye verilebilecek olası zararlar engellenmesi yada minimumda tutulması için ; firmada en az bir adet çevre mühendisi ya da Biyolog bulundurması gerekmektedir ve bunu belgelemelidir.
11. Teklif veren firmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesi olmalıdır. Ve Bunu belgelemelidir.
12. Teklif veren firmanın Manisa veya İzmir'de teknik destek birimi olmalı ve bunu belgelemelidir.

Buffer4 Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Ürün sıvı formda olmalıdır.
2. Ürünün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır
3. Ürünün kaynama noktası sıcaklığı 109 °C (1013 hPa) olmalıdır.
4. Ürünün yoğunluğu 1.01 g/cm³ (20 °C)
5. Ürünün erime sıcaklığı -5 °C
6. Ürünün pH değeri 4.0 (H₂O, 20 °C)
7. Ürünün saklama sıcaklığı +15°C to +25°C.
8. Ürün 1 litre ambalajda olmalıdır.
9. Ürünün denenmesi için 1adet deneme numune verilmelidir.
10. Teklif veren firmada acil durumlar olması halinde kimyasal konusunda uzman en az bir kimyager veya kimya mühendisi bulunmalıdır. Ayrıca Olası Kimyasalların ambalajındaki kırılmalar ya da dökülmeler durumunda çevreye verilebilecek olası zararlar engellenmesi yada minimumda tutulması için ; firmada en az bir adet çevre mühendisi ya da Biyolog bulundurması gerekmektedir ve bunu belgelemelidir.
11. Teklif veren firmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesi olmalıdır. Ve Bunu belgelemelidir.
12. Teklif veren firmanın Manisa veya İzmir'de teknik destek birimi olmalı ve bunu belgelemelidir.

Buffer10 Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Ürün sıvı formda olmalıdır.
2. Ürünün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır
3. Ürünün kaynama noktası sıcaklığı 110 °C (1013 hPa) olmalıdır.
4. Ürünün yoğunluğu 1.00 g/cm³ (20 °C)
5. Ürünün erime sıcaklığı -6 °C
6. Ürünün pH değeri 10.0 (H₂O, 20 °C)
7. Ürünün saklama sıcaklığı +15°C to +25°C.
8. Ürün 1 litre ambalajda olmalıdır.
9. Ürünün denenmesi için 1adet deneme numune verilmelidir.
10. Teklif veren firmada acil durumlar olması halinde kimyasal konusunda uzman en az bir kimyager veya kimya mühendisi bulunmalıdır. Ayrıca Olası Kimyasalların ambalajındaki kırılmalar ya da dökülmeler durumunda çevreye verilebilecek olası zararlar engellenmesi yada minimumda tutulması için ; firmada en az bir adet çevre mühendisi ya da Biyolog bulundurması gerekmektedir ve bunu belgelemelidir.
11. Teklif veren firmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesi olmalıdır. Ve Bunu belgelemelidir.
12. Teklif veren firmanın Manisa veya İzmir'de teknik destek birimi olmalı ve bunu belgelemelidir.

Prof. Dr. Ece ONUR
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Tels. No. 53829 49177