

PLEVRAL SU ALTI DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içinin görülebilmesi için şeffaf olacaktır.
2. Su altı sistemi olup göğüs drenajlarında emniyetle kullanılmalıdır.
3. Kapasitesi minimal 1800cc, maximal 2000 cc den az olmamalıdır.
4. Drenaj setinin rezervuarının üzerinde başlangıcı (0) noktasını gösterir, milimetrik ölçüm skalası olmalıdır.
5. Hortum uzunluğu 180 cm olacaktır.
6. Gövde çıkışında kıvrılmayı önleyen spiral olacaktır.
7. Drenaj seti orjinal fabrika çıkışlı steril paket içinde hazırlanmış olmalıdır.
8. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
9. Ethilen oxide ile steril edilmiş olacaktır. Steril olduğunu gösteren indikatör bulunmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Drenaj setinin tube'unun ucunda 3/8 x 3/8 konnektör olmalıdır.
10. Drenaj seti ve rezervuar yekpare-tek parça halinde imal edilmiş olmalı, rezervuarın üzerinde ilave kapak bulunmamalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UTS bilgilerini, UBB Lot numarası, SUT kodu ve bar kod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
13. Teklif veren firma teklif ettiği malzemenin bir (1) adet numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmelidir. Malzemenin incelenmesinden sonra karar verilecektir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı