

PARASENTEZ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set 4F ve 5F kateter ve buna uygun iğneden oluşmalıdır. 7 -20 cm arasında değişik uzunluk seçenekleri olmalıdır.
2. Kateterin dış kısmında içerideki havanın çıkmasını sağlayacak ancak sıvı kaçışına engel olacak şekilde bir tıpa bulunmalıdır.
3. Kateter uca doğru incelen tip yapıda olmalıdır.
4. iğne ucu ekojenik olmalıdır.
5. Kateter distal kısmında en az dört delik olmalıdır.
6. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Malzemenin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu kaydı olmalıdır.
8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
9. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

Prof. Dr. Serdar TARHAN
C.B.U. Röntgenoloji A.D.
Dipl. No : E0887
Uz. Tıp. No : 36932
Uz. Tıp. No : 35271