

PARMAK PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen prob ve bölümde kullanılan monitörlere uyumlu ve orijinal olacaktır.
2. Malzeme mevcut cihazdaki SpO2 girişine uygun yapıda olmalıdır.
3. Teklif edilen prob reusable olmalıdır.
4. Probun, ara kablosuna takılması ve çıkarılması kullanıcıyı zorlamadan ve kolayca yapılabilmelidir.
5. Prob mandal şeklinde olmalı ve gerektiğinde temizlenebilmelidir.
6. Prob yetişkin hastalarda kullanılabilir yapıda olmalıdır.
7. Prob üzerinde kırmızı renkte ışık sensörü bulunmalıdır.
8. Prob üzerinde sürekli kullanımlarda parmakta herhangi bir etki yapmamalıdır.
9. Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
10. Malzemelerin montajı ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
11. Numune denenecek, uygun ise malzeme teslim edilecektir.
12. Malzeme ÜTS ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gülay OK
CBÜTF. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Din. Tes. No: 58489 - 58044