

PERFUSOR ENJEKTÖR VE SETİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016

1. Enjektörler tek kullanımlık, steril 50 ml hacminde ve 3 parçalı olmalıdır.
2. Enjektörün piston arkası kliniğimizde mevcut perfusör cihazlarına uygunluk sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3. Enjektör gövdesi ve piston polypropylen'den, piston ucu kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
4. Perfusor enjektörünün göstergeleri rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı, işaretli olmalıdır.
5. Enjektörün ucunda needle olmalıdır.
6. Enjektör luer lock özellikte olmalıdır.
7. Perfusor seti enjektöre uyumlu en az 145cm uzunluğunda MF olmalıdır.
8. Perfusor seti 1,5x2,7 mm çapında ve minimal prime volumlu olmalıdır.
9. Perfusor enjektör ve setleri beyaz olmalıdır.
10. Hastanemizde bulunan perfusor cihazlarına uygun olmalıdır.
11.25000.....adet setle birlikte.....200.....adet PERFUSOR COMPACT cihazı verilecektir.
12. 5 adet numune teslim edilecektir.
13. 2adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
14. Kliniğimizde bulunan cihazların teknik bakım ve onarımı ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

CBU
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA