


PERFÜZÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Line 50ml lik enjektörler ile sıvı, ilaç vb. verilmesine uygun yapıda olmalı, hastanede kullanılan perfüzö enjektörü ile uyumlu olmalıdır.
- 2-Line 150cm uzunlıkta ve şeffaf yapıda olmalıdır.
- 3-Line içinde sıvı akışı izlenmelidir.
- 3-Line en az 4bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 4-etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.


Tıbbi Doç. Dr. Arzu KETİ
Cerrah Anest. ve Reanimat.
Tıbbi No: 9547 - Tescilli No: 100398