

PERİFERİK 0.014" 0.018" HİDROFİLİK ÇOK AMAÇLI ANJİYOPLASTİ KILAVUZ TEL
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Kılavuz tel, periferik veya koroner girişimsel işlemlerde çeşitli anjiyoplasti işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kılavuz tel, nitinol malzemeden üretilmiş olmalı böylece 1' e 1 tork edilebilir olmalıdır.
- 3- Kılavuz tel, nitinol yapısıyla katlanıp kırılmalara karşı üst düzeyde dayanıklı olmalıdır.
- 4- Kılavuz telin tamamı silikon kaplamalı olmalıdır. Böylece işlem boyunca damar içindeki kontrolü kolaylaştırmalıdır.
- 5- Kılavuz telin distali altın tungsten sarmal yapıda olmalı böylece floroskopi altındaki görünürlüğü üst düzeyde olmalıdır.
- 6- Kılavuz tel 0.014" inc veya 0.018" inc çap kalınlıklarında seçilebilmelidir.
- 7- Kılavuz telin ucu düz veya açılı (15°) olarak seçilebilmelidir.
- 8- Kılavuz teller 60 cm' den 300 cm' ye kadar farklı boylarda seçilebilmelidir.
- 9- Kılavuz tellerin uç yapısı sert, orta veya yumuşak özellikte seçilebilmelidir.
- 10- Kılavuz tel, FDA ve CE onayına sahip olmalıdır.
- 11- Kılavuz tel, steril ve tekli ambalaj içinde, ambalaj üzerinde steril şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş şekilde teslim edilmelidir.
- 12- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 13- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası Bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

Yrd.Doç.Dr. Fatih DÜZGÜN
C.B.Ü. Radyoloji A.D.
Dip. No: 10384
Uzm.Tescil No:119584

