

PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üst solunum yollarına acil girişim için kullanılacaktır.
2. Ürün PVC den üretilmiş olmalıdır.
3. Kanül erişkinler için 4mm ve Kafli, çocuk için 2mm ve Kafsız, bebek için 1,5mm ve Kafsız olmalıdır.
4. Kanül içinde madeni mandren olmalıdır.
5. Resusitator için silikondan yapılmış bağlantı tüpü (catheter mount tubing) olmalıdır.
6. Aspirasyon için luer lock enjektör olmalıdır.
7. Hastanın boynuna sabitlenmesi için süngerden(foam)yapılmış tespit (sabitleme) bantı olmalıdır.
8. Ürünün tamamı kullanıma hazır steril tekli ambalajda olmalıdır.
9. Ürün üç farklı boy ve iki farklı modelden oluşmalıdır.
10. Erişkin boyu Kafli ve stoper renk kodlu(yeşil) çocuk ve bebek boyu Kafsız ve stoperleri renk kodlu (kırmızı) olmalıdır.
11. Ürün miadının bitmesinden en az 3 ay önce firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
12. ÜTS ve UBB kaydı olmalıdır.

Yrd.Doc.Dr.Arzu KEFI
CBÜTF Anest.ve Rean.AD
Dip. No. 9943 - Tescil No: 100268
Yrd.Doc.Dr.Arzu KEFI
CBÜTF Anest.ve Rean.AD
Dip. No. 9943 - Tescil No: 100268