


200 ul Pipet ucu

1. Pakette 1000 adet olmalıdır
2. Hacmi 200 ml olmalıdır
3. Laboratuvarda kullanılan pipetler için uygun olmalıdır
4. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır
5. Laboratuvarda kullanılan mevcut pipetlerle denenip uygunluğu onaylanan pipet ucu tercih edilecektir.



Prof. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No:55319



Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 60173 Uzmanlık Tes. No: 65394