

PLEVRAL DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drenaj seti 700 cc olmalıdır
2. Drenaj seti steril paket içinde hazırlanmış olmalıdır.
3. Drenaj setinin tüpünün ucunda 3/8 x 3/8 konnektör olmalıdır.
4. Drenaj setinin rezervuarının üzerinde ölçüm skalası bulunmalıdır.
5. Sistem tek kullanımlık olmalıdır.
6. Sistemin 2 adet çıkışı olmalıdır.
7. Tek tek steril poşetlerde olmalıdır.
8. Paket üzerinde ürün detayları ve markası belirtilmiş olmalıdır.
9. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
10. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
11. SGK'ya fatura edilebilmesi için UBB numaraları, barkodları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.


Uz. Dr. Hatil Ibrahim Tanrıverdi
Gazi Bâkir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
Diploma Tescil Numarası: 114176