

ANJIOGRAFİK ŞİRINGA (150 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU:KR2056)

- 1- Şiringalar Mamografi Kliniğimizde kullanılmakta olan MEDRAD MARK V PROVİS marka/model enjektör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Şiringalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
- 3- Şiringalar 150ml kapasitesinde ve şeffaf olacaktır. Şiringa içerisinde kalan havayı görmeye veya şüpheye mahal verebilecek mat olanlar kabul edilmeyecektir.
- 4- Her steril şiringa paketi içerisinde; bir adet 150ml'lik şiringa, ilaç doldurma tüpü bulunmalıdır.
- 5- İlaç doldurma tüpleri (QFT) "J" şeklinde olacak ve şiringa ucuna kolay takılıp çıkarılabilecektir.
- 6- Kullanma esnasında; şiringalar tırnak kısmında yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.
- 7- Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şiringa içindeki opak madde olsa bile çıkarılabilecek ve şiringa kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.
- 8- Şiringalar UBB sistemine kayıtlı olmalıdır.