

## PORT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne port katater sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. İğne verev kesimli olmalıdır.
3. İğne ucu portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısı özelliğinde olmalıdır.
4. Alerjik reaksiyonlara neden olmaması için iğne dibi pamuklu koruyucu kısma sahip olmalıdır.
5. İğne 20G ve 18G kalınlığında ve 15 mm, 19 mm veya 25 mm uzunluğu aralıklarında seçilmelidir.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
7. İğne anti-klinik özellikli, luer-lock bağlantı birimli hasta uzatmasına sahip olmalıdır.
8. İğneler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilmelidir.

Doç.Dr.Ahmet DİRİCAN

C.B.U Tıp Fak.  
İç Hastalıkları A.B.D  
Tıbbi Onkoloji B.D  
Dip.Tes.No:103703 Dip.No:10215