

PROCALSİTONİN TESTİ DOĞRUDAN TEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Bu teknik şartname ile 2800 test Procalsitonin testi alımı yapılacaktır.
- 2) Teklif edilecek kit Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Merkezi Laboratuvar Tıbbi Biyokimya biriminde kurulu bulunan Beckman Dxl 600/Dxl 800 otoanalizörü ile birebir uyumlu ve kemilüminesan immünoanaliz yöntemi ile çalışmalıdır.
- 3) Tedarikçi firma procalsitonin testinin aplikasyonu yapmakla yükümlü olacaktır.
- 4) Tedarikçi firma aplikasyon işlemi için Beckman Coulter firmasının yazılı onayını tarafımıza sunmak zorundadır.
- 5) Doğrudan temin ile alınan procalsitonin kitleri bitinceye kadar yeterli miktarda kontrol ve kalibratörler ücretsiz olarak sağlanacaktır.
- 6) Kit, numune olarak serum ve heparinize plazma ile çalışabilmelidir.
- 7) Kit açıldıktan sonra 2 °C ila 10 °C'de en az 42 gün stabil kalmalıdır.
- 8) Procalsitonin test sonuçları; 0,01 ng/mL – 100 ng/mL arasındaki analitik ölçüm aralığında kabul edilebilir doğrusalılık göstermelidir.

Prof. Dr. Fatma TANELİ
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 60433


Dr. Fatma Taneli
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü