

PİSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

2020 Yılı Merkezi Laboratuvar Tıbbi Biyokimya Birimi ihtiyacı olan **30** adet dar boyunlu şeffaf piset ihtiyacını karşılamak üzere bu teknik şartname hazırlanmıştır.

1. Dar boyunlu şeffaf, yarı sert ve çok şeffaf polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olmalıdır.
3. Sıvı akışını kolaylaştırması için yuvarlatılmış boyun formuna sahip olmalıdır.
4. Gövdeye uygulanacak hafif bir basınç ile esnek sıvı çıkış borusu düz ve ince sıvı akışını sağlamalıdır.
5. Sıvı çıkış boru ucu kesilerek akış hızı isteğe göre arttırılabilir olmalıdır.
6. Malzemenin UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Fatma TANEL
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 60433

Prof. Dr. Erol ÖZÜP
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 59829-49177

Doç. Dr. Tesim Güvenç DEMİRAGCI
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü