

QUADRAPOLAR DIAGNOSTİK KATERER

(KR1057)

1. Katerer 4 elektrodudur ve elektrod dizilimi 2-5-2 mm şeklindedir.
2. Katererin tip elektrodu 1 mm dir.
3. Katerer 6F kalınlığında ve 115 cm uzunluğundadır.
4. Josephson curve ve courand curve seçeneklerine sahiptir.
5. Poliuretan maddesinden yapılmıştır ve orgülü katererin uzunluğu.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

Prof. Dr. Ali
Kaip Hastanesi
38576

CS CORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodudur.
2. Deflectable uni-directional kateterler, ilme-çekme mekanizması sayesinde kolayca buklebilir.
3. Elektrodlar Platinum/Iridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklindedir.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
5. Poliuretan maddesinden yapılmıştır ve orgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dir.
8. Kateterin shaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dağalanma yapmaz.
9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
10. Kateterin shaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik orgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik orgülü yapıdadır.

PROF. DR. NUR BİLGE
KALP HASTALIKLARI UZMANI
18576 17236

RF ABLASYON KATERİ
(KR1041)

1. kateeter 4 elektrodudur.
2. kateeter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. kateeter uzunluğu 92cm'dir.
4. kateeter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. kateeter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. kateeter kalınlığı 6Fr'dir.
7. kateeter uç elektrodu 4mm'dir.
8. C, D, E ve F olmak üzere bi-directional farklı curve segeneklerine sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa Zaman
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576-31236

(KARDIYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



Prof. Dr. ALI RIZA BEĞE