

QUADRAPOLAR FIXED KATETER
(KR1035)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm olup elektrod dizilimi 2-5-2 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter 6F kalınlığında olmalıdır.
4. Fix A-Josephson ve fix F-Cournand tip curve seçenekleri olmalıdır
5. Poliüretan maddesinden yapılmış ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcut olmalıdır
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmalıdır

Dip.No: 11111
Dip.Tes.No: 8792-119810
CABU Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Behir Şenhat YILDIZ

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1041)

1. Kateter 4 elektrodu olmalıdır
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklinde olmalıdır
3. Kateter uzunluğu 92cm olmalıdır
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 6F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. C, D, E ve F olmak üzere farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır

Doç.Dr. Bekir Şenhar YILMAZ
CBU Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Diyates.No: 87792-119310
Dip.No: 11111

**KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)**

1. Kateter 10 elektrodlu olmalıdır.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilmelidir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklinde olmalıdır.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmalıdır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırabilir olmalıdır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm olmalıdır.
8. Kateterin shaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmamalıdır.
9. Kateterin shaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıda olmalıdır.

Doç.Dr. Bekir Şenhat YILDIZ
Göğüs Hastalıkları A.D.
Kardiyoloji A.D.
Dip.No: 87792-119810
T.T.T.T.: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Miktarı	(Varsa) En Son Alım		SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Var	Yok		Fiyatı	Tarih		
1	QUADRAPOLAR FIXED KATETER	1		(ay)	HANİFA GAVAZ İSİMLİ HASTAYA KULLANILMAK ÜZERE					/ / 201	KR 1035	
2	RF ABLASYON KATETERİ	1		(ay)	HANİFA GAVAZ İSİMLİ HASTAYA KULLANILMAK ÜZERE					/ / 201	KR 1041	
3	KORENER SINÜS KATETERİ	1		(ay)	HANİFA GAVAZ İSİMLİ HASTAYA KULLANILMAK ÜZERE					/ / 201	KR 1055	
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		
				(ay)						/ / 201		

Doç.Dr. Bekir Serhat YILMAZ
CABU Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip.No: 87792-119610
Dip.No: 11111