

TEKNİK ŞARTNAME

Radyoizotop-Yttrium (Y-90) Mikroküre

1. Karaciğer tümörlerinin intraarteriyel tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kalibrasyon tarihinde ve saatinde vial içerisindeki aktivite miktarı minimum 3GBq ($\pm 10\%$) olmalıdır.
3. Ürün CE onaylı olmalıdır.
4. Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde endike olmalıdır.
5. Y-90 işaretli mikrokürelerin temini, korunması, kullanılması ve atılması sırasında yüklenici firma yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uyulacaktır.
6. Radyoaktif madde, Çarşamba akşamına kadar sipariş verildiği takdirde, tedavisi bir sonraki hafta Salı, Çarşamba ya da Perşembe günü uygulanabilmelidir.
7. Tedavi dozunun her iki loba bölünmesi gereken durumlarda ikinci lob için gerekli olabilecek tedavi dozu ve uygulama seti firma tarafından ücretsiz temin edilebilmelidir.
8. T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve UBB barkod numaraları bulunmalıdır.
9. Hastaya uygulanacak tümör tedavi dozu ile sağlıklı karaciğer parankimine uygulanacak dozların aynı ayrı belirlenmesi için, klinik tarafından belirlenen yöntemeye uygun dozimetri çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazılım/ yazılımlar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Prof. Dr. F. GÜL GÜNÖSER
CBÜTE NÜKLER TIBB AD
Dip. No: 1989-73
Tescil No: 50743