

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-2-4 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olarak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. D-F ve F-1 olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. İzzet Kaya TEZCAN
Kardiyoloji Uzmanı
1.10.2014

KORONER SINÜS KATETERİ
(KR1055)

- [Faint circular stamp]*

QUADRAPOLAR FIXED KATETER
(KR1035)

1. Kateter 4 elektrodu olmalıdır.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm olup elektrod dizilimi 2-5-2 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter 6F kalınlığında olmalıdır.
4. Fix A Josephson ve fix F-Cournand tip curve seçenekleri olmalıdır.
5. Poliüretan maddesinden yapılmış ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcut olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa TEZCAN
Kardiyovasküler Uzmanı
T.C. - 3844