

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır.

Doç.Dr. Bekir Semat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tps.No: 87792-119810
Dip.No: 11111

QUADRAPOLAR DİAGNOSTİK KATETER
(KR1057)

1. Kateter 4 elektrodudur ve elektrod dizilimi 2-5-2 mm şeklindedir.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm dir.
3. Kateter 6F kalınlığında ve 115 cm uzunluğundadır.
4. Josephson curve ve cournaud curve seçeneklerine sahiptir.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dlp.Tes.No: 87792-119810
Dlp.No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteglin yaklaşıklık kullanımı süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Var	Yok				
1	QUADRAPOLAR DIAGNOSTİK KATETER	1		(ay)	MELEK SALKIN İSİMLİ HASTAYA KULLANMAK ÜZERE				201	KR 1057	
2	RF ABLASYON KATETERİ	1		(ay)	MELEK SALKIN İSİMLİ HASTAYA KULLANMAK ÜZERE				201	KR 1043	
3		1		(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		
				(ay)					201		

Doç. Dr. Bekir Selahattin YILDIZ
CBB Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.D.
Diyar. No: 87791-119810
Dip. No: 11711