

ENDOSKOPİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set tek kullanımlık kapalı poşet içinde olmalıdır..
2. Poşetin üzerinde üretici firmanın bilgileri basılı olmalıdır.
3. Setin içerisinde nonwomen kumaştan önlük,kağıt havlu, dişlik ve 80cm - 200cm ebatlarında nonwomen kumaştan sedye örtüsü olmalıdır.
4. Dişlik tekparça olmalıdır.Dişliğin kenarlarında bağın tutacağı çentikler olmalıdır.Başın etrafında dolaşarak çentiklere tutturulacak bağ olmalıdır.
5. Dişlik ağzın kapanmasını engellemeli bu arada damak yapısına uygun olmalıdır.
6. Dişlik orjinal elteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Dişlik boya içermemeli, katkısız ve orijinal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Dişlik,ağzın her iki'yan boşluğuna denk gelmelidir.
9. Dişlik,ağzın içine girdiğinde geniş kısmı ağzın dışında kalmalıdır. ,
10. Dişlik,antibakteriyel materyal.içermeyen şeffaf malzemeden üretilmiş olmalıdır.
11. Dişliğin ortası boş olmalı ve kullanılması gereken malzemeler içinden rahatça geçebilmelidir. . .
12. Önlük her bedene uygun ve uzun kollu, bilek kısmı geniş lastikli olmalıdır.
13. Önlük, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. .
14. Önlük, terletmeyen, sağlam ve hafif olmalıdır.
15. Önlük en az 50 gr nonwomen kumaştan üretilmiş , ön kısmı bariyerli olmalı sıvı temasında sıvıyı içe geçirmemeli ve içini göstermemelidir.
16. Setin içerisinde 1 (bir) adet rulo havlu peçete olmalıdır.
17. Setin içerisinde 2 (iki) adet hasta altı bezi bulunmalıdır.
18. Hasta altı bezi 60cm x 90 cm ebatlarında olmalıdır.

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ HAST.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İç Hast. ve Gastroentoloji Uzm.
Dip No. 1464
Tescil No. 68896 - 75986