

ROTATABLE ve ÇIKARILABİLİR HEMOKLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tekli steril paketlenmiş olmalıdır.
3. Ürün katater boyu 195 veya 230 cm ve katater kalınlığı 7Fr olmalıdır.
4. Katater teflon kaplı olmalıdır. Teflon mavi renk olmalı ve bu sayede yoğun sekresyon ve kanama altında bile görülebilmelidir.
5. Klipsler yüklü set halinde olmalıdır. Sonradan yüklemeli olmamalıdır.
6. Klips ağızları titanium metaryalden yapılmış olmalıdır.
7. Klips ağız açıklığı 16 mm veya 13 mm olmalı, ünite tercihe göre istediği ölçüden istediği adette talep edebilmeli ve klip açıları 135 derece olmalıdır.
8. Klipsler çıkarma snare'ı ile kilit mekanizması açılarak çıkarılabilir özellikte olmalıdır. Bu sayede yanlış atılmış ya da işleme göre çıkarılması gereken durumlarda dokudan sökülerek çıkarılabilmelidir.
9. Çıkarılabilir klipsler çıkarıcı aparat snare' lar ile dokuya zarar vermeden sökülebilir olmalıdır.
10. Ünite istediği özellikte klipsten istenilen adetlerde temin edebilmelidir.
11. Klipsler handle ile kontrol edilerek handle in çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir.
12. Klipsler istenilen pozisyon verilene kadar istenildiği kadar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
13. Ürünler titubb sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
14. Teslimat tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

16 C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ HAST.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İç Hast. ve Gastroentoloji Uzm.
Dip No. 1464
Tescil No. 68896 - 75986