

## SKLEROTERAPİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğne shaftının uç kısmı konikleştirilmiş, atravmatik yapıda olmalıdır ve dokuya zarar vermemelidir.
3. Şaftın iç lümeni içindeki ikinci tubuler yapı iğnenin geri tepmesini engellemelidir.
4. Kateterin dış çapı 2.3mm olmalıdır.
5. Minimum çalışma kanalı çapı 2.8 mm olmalıdır.
6. Kateterin handle ı açılmadan önce bir güvenlik sistemine sahip olmalı, güvenlik sistemi açılmadan iğne ileri itilememelidir.
7. İğneyi hareket ettiren handle mekanizması başparmakla ileri geri itilerek çalışmalı luer lock vidalama yöntemi ile sabitlenebilmelidir.
8. İğnenin Handle ının arkasında luerlock giriş bulunmalıdır.
9. İğne'nin Kateter uzunluğu kullanıcının isteğine göre 180 cm ve ya 230cm. olmalıdır.
10. İğne'nin dış kılıfı pvc olmalıdır.
11. İğne uzunluğu 4.0mm, 5.0mm veya 6.0mm olmalıdır.
12. İğne kalınlığı 22G veya 23G olmalıdır.
13. Kateter ,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14. Son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
15. Urun 5 er adetlik kutularda teslim edilmelidir.
16. Etilen Oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır ve etiket üzerinde belirtilmelidir.
17. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kodu olmalıdır.

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ HAST.  
Prof. Dr. Elnas KASAP  
İç Hast. ve Gastroentoloji Uzm.  
Dip No. 1454  
Tescil No. 68896 - 75986