

ENDOSKOPI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Set tek kullanımlık kapalı poşet içinde olmalıdır..
- 2-Poşetin üzerinde üretici firmanın bilgileri basılı olmalıdır.
- 3-Setin içerisinde nonwomen kumaştan önlük,kağıt havlu, dişlik ve 80cm - 200cm ebatlarında nonwomen kumaştan sedye örtüsü olmalıdır.
- 4-Dişlik tekparça olmalıdır.Dişliğin kenarlarında bağın tutacağı çentikler olmalıdır.Başın etrafında dolaşarak çentiklere tutturulacak bağ olmalıdır.**
- 5-Dişlik ağzın kapanmasını engellemeli bu arada damak yapısına uygun olmalıdır.
- 6-Dişlik orjinal elteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 7-Dişlik boyaiçermemelikatksız ve orijinal malzemedenüretilmiş olmalıdır.
- 8-Dişlik,ağzın her ilçi yayı boşluğuna denk gelmelidir.
- 9-Dişlik,ağzın içini{'girdiğindegeniş kısmı ağzındışında kalmalıdır. ,
- 10-Dişlik,antibak<te'tiyel materyal.içermeyen şeffaf riıalzmeden üretilmiş olmalıdır.
- 11-Dişliğin ortası boş olmalı ve kullanılması gereken malzemeler içinden rahatça geçebilmelidir. . .
- 12-Önlük her bedene uygun ve uzun kollu, bilek kısmı geniş lastikli olmalıdır.
- 13-Kola:yca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. .
- 14-Terletmeyen sağlam ve hafif olmalıdır.
- 15-Önlük en az 50 gr nonwomen kumaştan üretilmiş , ön kısmı bariyerli olmalı sıvı temasında sıvıyı içe geçirmemeli ve içini göstermemelidir.
- 16-setin içerisinde bir adet rulo havlu peçete olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Tahir BURAN
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip No: 4684 Dip.Tes.No:45190