

## 16 MM ROTATABLE HEMOKLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tekli steril paketlenmiş olmalıdır.
3. Ürün katater boyu 230 cm ve katater kalınlığı 7Fr olmalıdır.
4. Katater teflon kaplı olmalıdır.
5. Klips ağızları titanium metaryalden yapılmış olmalıdır.
6. Klips ağız açıklığı 16 mm ve klips açıları 135 derece olmalıdır.
7. Klipsler handle ile kontrol edilerek handle in çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir.
8. Klipsler istenilen pozisyon verilene kadar istenildiği kadar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
9. Ürünler titubb sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Teslimat tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ HAST.  
Prof. Dr. Elmas KASAP  
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dr. No. 1464  
Tescil No. 08896 75985

## 16 MM ROTATABLE HEMOKLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tekli steril paketlenmiş olmalıdır.
3. Ürün katater boyu 230 cm ve katater kalınlığı 7Fr olmalıdır.
4. Katater teflon kaplı olmalıdır.
5. Klips ağızları titanium metaryalden yapılmış olmalıdır.
6. Klips ağız açıklığı 16 mm ve klips açıları 135 derece olmalıdır.
7. Klipsler handle ile kontrol edilerek handle in çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir.
8. Klipsler istenilen pozisyon verilene kadar istenildiği kadar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
9. Ürünler titubb sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Teslimat tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.