

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR (BÜYÜK BOY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Yara koruyucu Disposable olmalıdır.
- 2- Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
- 3- Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek,sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
- 4- Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
- 5- Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince halkasının hafızası olmalıdır.
- 6- Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka içe veya dışa bükülebilir olmalıdır.
- 7- Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
- 8- Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperiton sağlamak için uygun yapıda olmalıdır.
- 9- Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
- 10- 9 cm -14 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
- 11- Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

Doç. Dr. Ömer F. Yılmaz
Cerrahi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Yarımcağzı Mah. 15000-00000
0000-0000-0000-0000
0000-0000-0000-0000
0000-0000-0000-0000
0000-0000-0000-0000

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR (ORTA BOY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Yara koruyucu Disposable olmalıdır.
- 2- Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında kullanılabilir.
- 3- Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
- 4- Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
- 5- Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince halkasının hafızası olmalıdır.
- 6- Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka içe veya dışa bükülebilir olmalıdır.
- 7- Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
- 8- Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperituan sağlamak için uygun yapıda olmalıdır.
- 9- Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batin içinden çekilerek kolayca çıkarılabilir.
- 10- 5 cm - 9 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilir.
- 11- Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

CONFIDENTIAL CONTRACTED FOR
 INFORMATION REPORT NO. 55-19-400030

Spencer

CONFIDENTIAL CONTRACTED FOR
 INFORMATION REPORT NO. 55-19-400030

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR (KÜÇÜK BOY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Yara koruyucu Disposable olmalıdır.
- 2- Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında kullanılabilir.
- 3- Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
- 4- Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
- 5- Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince halkasının hafızası olmalıdır.
- 6- Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka içe veya dışa bükülebilir olmalıdır.
- 7- Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
- 8- Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperiton sağlamak için uygun yapıda olmalıdır.
- 9- Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden çekilerek kolayca çıkarılabilir.
- 10- 2,5 cm - 6 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilir.
- 11- Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

Doç. Dr. Çınar YILMAZ
Cerrah, Çocuk Cerrahisi An.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

