

REZEKTOSKOP SETİ ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (ConformitéEuropéenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

REZEKTOSKOP SETİ ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen tüm ürünler tek bir marka olmalıdır.
2. Tüm ürünlerin üzerinde kod numaraları ve üretim numaraları yazmalıdır.
3. Teklif edilen set ameliyathanede sağlamlık, ergonomi ve teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilerek uygunluk verilecektir.

1 Adet MonopolarÇalışma Elemanı (aktif)

- 1 Çalışma Elemanı monopolar özellikte olup TUR ameliyatları için tasarlanmış olmalıdır.
- 2 Rezektoskopi ve optikalüretrotom amaçlı kullanılabilmelidir.
- 3 Hareket yay aracılığı ile sağlanmalı, kablo girişi üst tarafta olmalıdır.
- 4 Mekanizma yay sistemi ile hareket etmeli, parmak desteği hareketli ve normal pozisyonda elektrod kılıfın içinde olmalıdır (aktif).
- 5 Tekelektrodgirişli olmalıdır.
- 6 Monopolar çalışma elemanı ameliyatanemizde bulunan 30 derece karl storz marka teleskop ile uyumlu olmalıdır.

1 Adet MonopolarÇalışma Elemanı (Pasif)

- 1 Çalışma Elemanı monopolar özellikte olup TUR ameliyatları için tasarlanmış olmalıdır.
- 2 Rezektoskopi ve optikalüretrotom amaçlı kullanılabilmelidir.
- 3 Hareket yay aracılığı ile sağlanmalı, kablo girişi üst tarafta olmalıdır.
- 4 Mekanizma yay sistemi ile hareket etmeli, parmak desteği hareketli ve normal pozisyonda elektrod kılıfın dışında olmalıdır (pasif).
- 5 Tek elektrod girişi olmalıdır.
- 6 Monopolar çalışma elemanı ameliyatanemizde bulunan 30 derece karl storz marka teleskop ile uyumlu olmalıdır.

1 Adet Rezektoskop Kılıfı

1. Teklif edilen kılıf sürekli yıkama ve emme için kullanılabilmelidir.
2. Inflow ve outflow için bağlantı tüpleri ve 2 adet LUER lock adaptörü bulunmalıdır.
3. Çapı 26 Fr ve oblik uçlu olup, iç tüpü seramik ile yalıtılmış ve döner şaftlı olmalıdır.
4. İç tüp genişliği 24 Fr. olmalı ve 24 Fr. looplar kullanılabilir olmalıdır.
5. Kolay kilit mekanizmalı olmalıdır.

1 Adet Standart Obtüratör

1. 24 ve 26 Fr. rezektoskop kılıfları ile birlikte kullanılmalıdır.

10 Adet Monopolar Loop

1. Teklif edilen monopolar kesici lup, 24/26 Fr olmalıdır ve teklif edilen çalışma elemanı ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Monopolar kesici lup tek kullanımlık olmalıdır.
3. Monopolar kesici lup tek bacaklı olmalıdır.
4. Kesici lup sarı renk kodlu olmalıdır.
5. Luplar üzerinde orijinal referans numaraları ve katalog numarası bulunmalıdır.
6. Steril paketler halinde olmalıdır.

1 Adet Evakuatör

1. Mesane yıkamada kullanılmalıdır.
2. Rezektoskop kılıf için bağlantı adaptörü olmalıdır.