


T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ
Merkezi Laboratuvar Koordinatörlüğü
Tıbbi Biyokimya Birimi
RIA Kitleri Teknik Şartnamesi

	BUT Kodu	Malzeme Adı	Test Miktarı
1	903 490	Free testosteron	2000
2	900 120	17 OH progesteron	1000
		TOPLAM	3000

1. Teklif edilecek bütün kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olmalıdır. Kitler partiler halinde ihtiyaç oldukça teslim alınacaktır. Kitler gerekirse miyadı dolmadan 3 ay önce, firmaya iade edilip, yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir.
2. Kitler radyoimmün assay -RIA yöntemi ile ölçüm yapılmalıdır.
3. Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, dilüsyon reaktifleri ve standartlar ücretsiz olarak verilmelidir.
4. Kitler mevcut olan en küçük ambalajlarda verilmelidir.
5. Firmalar teklif ettikleri kitlerin markalarını tekliflerinde belirtecekler; kit kataloglarını teklifle birlikte vereceklerdir.
6. Kitler ilgili ihaleyi kazanan firmadan, laboratuvarımızın ihtiyacına göre partiler halinde teslim alınacaktır.
7. İhaleye giren firmalar tüm kalemlere teklif vermek zorundadır.
8. Kitler soğuk zincir kurallarına uygun olarak taşınmalı ve teslim edilmelidir.
9. RIA kitlerinin son kullanım süresi dolmadığı halde tracer son kullanım tarihinin geçmesi halinde yeni miyadlı tracer getirilmelidir. Kitler, orijinal ambalajlarında bulunmalı, üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
10. Serum örneklerinin ayrılması, kitlerin uygulanması ve sonuçların basılması için kullanılacak olan 4000 adet 2 ml'lik ependorf tüp, RIA cihazında kullanıma uygun 10 rulo termal kağıt, bir adet masa üstü ayarlı çalar laboratuvar saati firma tarafından ücretsiz ihale sonuçlandıktan sonra 1 ay içinde laboratuvara teslim edilmelidir.


Yrd. Doç. Dr. Yeşim GÜVENÇ
Celal Bayar Ün. Tıp. Fak.
Tıbbi Biyokimya AD.
Dip. No: 1115
Uzm. Tes. No: 61071-58642


Prof. Dr. Zeki ARI
Dekan Yardımcısı