

LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 76x26x1.0 mm' lik standart boyutlarda olmalıdır.
2. Ambalajı 50 lam/kutu şeklinde olmalıdır.
3. Kenarları iyi traşlanmış, çapaksız ve uçları küt kesimli olmalıdır.
4. Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, tozsuz ve çapaksız şeffaf camdan mamül olmalıdır.
5. En az bir yüzü bir uçtan 2 cm' lik kısmı beyaz renkte rodajlı olmalıdır.
6. Rodajlı kısma kurşun kalem ya da sabit kalem ile kolayca yazılabilmelidir.
7. Ambalajda lamlar arasında birbirine yapışmamayı sağlayan ince pelür kağıtlar bulunması tercih nedenidir.
8. Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir.

Prof. Dr. Ali Rıza Kandiloğlu
Patoloji AD Öğretim Üyesi