

RODAJLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 75x25x1.0 mm boyutlarında olmalıdır. 50'lik ambalajda olmalıdır.
2. Kenarları iyi tıraşlanmış, çapaksız ve uçları künt kesimli olmalıdır.
3. Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, temiz, berrak, tozsuz ve çapaksız, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan mamül, ayrıca kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Her iki yüzüde rodajlı olmalıdır.
5. Mikroskopik incelemede lamların dokusunda çatlak ve artefaktlar olmamalıdır.
6. Rodajlı kısmına kurşun kalem ile kolay yazılabilmeli, bu yazılar kimyasal maddelerle dağılmamalı ve silinmemelidir.
7. Birbirine yapışmamalıdır, lamlar birbirinden kolayca ayrılabilir özellikte olmalıdır. Birbirine yapışan ayrılmayan ve bu nedenle kırılan lamlardan firma sorumlu tutulacaktır. Lamaların arasında pelurkağıt bulunmaması tercih sebebidir.
8. Ürün temin edilmeden önce Hematoloji Mikroskopi Laboratuvarında çalışan teknisyenler tarafından uygunluk verilmek üzere örnek numune gönderilmelidir.
9. Genel hükümler geçerlidir.

Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU

