

SERKLAJ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sertifikalı paslanmaz çelikten (ASTM F.138) imal edilmiş olmalıdır.
2. Eğilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
3. Rulo olarak paketlenmiş olmalıdır. Rulo açıldığında, her bir rulo boyu 1000 cm ± 2 cm aralığında olmalıdır.
4. Non-steril olarak, üzerinde çaplarını gösteren kapalı paketler halinde hastanemizin deposuna tamamı teslim edilmelidir.
5. Sosyal güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi için UBB numaraları ve barkodları olmalıdır.
6. Aşağıdaki çaplarda-adetlerde olmalıdır. Toplam 140 (yüz kırk) (rulo) adet olmalıdır.

-1.2 $\pm$ 0.1 mm çapında 20 (yirmi) adet
-1.5 $\pm$ 0.1 mm çapında 40 (kırık) adet
-1.8 $\pm$ 0.1 mm çapında 60 (altmış) adet
-2.0 $\pm$ 0.1 mm çapında 40 (kırk) adet