SIRT TİPİ CANLANDIRMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Acil durumlarda ambulans dışında gerekli müdahaleyi yapabilmek amacıyla orijinal çantası içerisinde aşağıda belirtilen cihaz ve malzemeler bulunacaktır. Çanta, içerisindeki malzemelere ait özel bölmelere sahip olacak sarf malzemeleri hariç değişik marka ve modelde malzeme konulmayacaktır. Çantayı oluşturan bütün malzemeler sarf malzemeler hariç çanta ile aynı marka olacaktır.

* **Orijinal Taşıma Çantası:** Suya dayanıklı uzun ömürlü poliüretan emdirilmiş kumaş malzemeden imal edilmiştir. Ebatları 53x43x22 (+,-3 cm). olmalıdır.

- Çanta omuz kemeri yumuşak ve sağlam malzemeden imal edilmeli ve orta hat noktasında ve bel hizasında ayarlanabilir bağlantı kemeri bulunmalıdır ayrıca bel bölgesinde yumuşak malzemeden mamul 20x20cm (+,-2cm) ebatlarında bir yastık bulunmalıdır.
- Çanta elde taşımaya uygun olup, iki tarafında taşıma kulpları bulunmalıdır.
- Çantanın dışa bakan yüzeylerinde çantanın ebatlarını gösteren gece fark edilebilecek en az 2 cm genişliğinde fosforlu şeritler bulunmalıdır.
- Çanta genel olarak üç bölümden oluşmalı, birinci bölümde laringoskop seti, refleks çekici, magil forsepsi, diagnostik set, ikinci bölmede Portatif Oksijen Seti, ambu, airway'ler ve entübasyon tüpleri, üçüncü bölmede çantanın her iki yanında disposable malzemelerin konulacağı gözler bulunmalıdır.

- **Portatif Oksijen Seti:** Çanta içerisinde özel bölmesine yerleştirilmiş portatif oksijen ünitesi verilecek en az aşağıdaki temel kriterlere uygun olacaktır.
  - Tıbbi derecede bir adet 1 litre oksijen bulunduran oksijen silindiri.
  - Tespit sistemi olan basınç regülatörü ve flowmetre takımı; tüpteki O2 miktarını ölçen manometre, dakikada en az 0-15 litre için ayarlanabilen gravite ile etkilenmeyen flowmetre .
  - Bir defa kullanılan tipte (disposable) hortumu ile birlikte oksijen maskesi. Çocuklar ve erişkinler için ikişer adet.
- **Laringoskop Seti:** 1 adet handle ve 0,2,4 no.lu Eğri baladelerden oluşmalıdır blade üzerinde bulunan ampüller Her blade için 1 tene yedek verilmelidir. Laringoskop setinde bulunan tüm malzemeler steril edilebilir özellikte ve çanta içerisinde özel bölmesine yerleştirilmiş olmalıdır şarjlı tipte pillere sahip olacaktır.
- **Entübasyon Tüpleri:** 2,4,6,8 no.lu bebek, çocuk ve yetişkinler için renk-kodlu bir takım E/T Entübasyon tüpleri verilecektir Tüplerin iç ve dış çapını ve boyunu gösteren işaretleri olmamalıdır. Her tüpün üst ucunda, çeşitli resusitatör cihazlarının takılmasına imkan verecek konnektör olacaktır. Ayrıca tüplerle beraber bir takım renk kodlu kılavuz (style) verilecektir.
- **Aiway'ler:** 1,2,3,4 no.lu birer adet verilecektir.
- **Ambu :** 1 adet yetişkin, 1 adet çocuk tipi resuable ambu verilmelidir. Ambular silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır Çocuk ambusu için infant 1,2 no.lu maskeler, erişkin ambusu için 3,4,5 no.lu maskeler verilecektir. Maskeler ve ambular steril edilebilir özellikte olacaktır.Maske yada entübasyon tüpü ile konnekte edilen kısımda geriye dönüşü engelleyen bir valf bulunacaktır. Ambunun arka kısmında oksijen giriş yeri ve rezervuar bulunacaktır.
- **Enjeksiyon Seti:**
- En az 30 ampul yerleştirilecek özel çantası içerisinde olacaktır. Ampullerin çarpma ve düşme gibi hallerde kırılmalara karşı özel ampul tutucuları bulunacak beraberinde bir adet ampul açacağı ikişer adet 2, 5, 10 ml.lik tek kullanımlık enjektör verilecek.
- **Magil Forepsi:** 25 cm. uzunluğunda çanta içerisine bir adet verilecektir.
- **Diagnostik Işık Kalemi:** Şarj edilebilir pilleri ile birlikte bir adet verilecektir.
- **Sargı Materyali:** 5 adet 10x10 cm. steril kompres, bir adet 8 cm x 4 m elastik bandaj, bir paket kompresyon bandajı, bir adet plaster, bir adet 60x40 cm steril örtü

Diploma No: 97305