


SIVI AZOT DEPO TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Azot depo tankı sıvı nitrojen saklamak için yüksek kalitede alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
2. Tank 50 Litre hacminde sıvı nitrojen saklayabilmelidir.
3. Tank uzun süre LN2 (sıvı nitrojen) saklayabilme özelliğinde olmalı ve statik buharlaşma hızı en fazla 0.45 litre / gün olmalıdır.
4. Tankın statik saklama zamanı en az 110 gün olmalıdır.
5. Tankın kapak açıklığı 64 mm, kullanılabilir yüksekliği 559 mm, boş ağırlık 15 kg ve doluyken ağırlığı 56 kg olmalıdır.
6. Tankın bir yerden diğer yere transferi için özel tekerlekli standı bulunmalıdır.



Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 59445