

SİLİKON FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sonda %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Çift steril ambalaj içinde bulunmalıdır.
3. 6-8-10-12-14 FR boyutlarında seçilebilmelidir.
4. Tek tek steril poşetlerde olmalıdır.
5. Paket üzerinde ürün detayları ve markası belirtilmiş olmalıdır.
6. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
7. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
8. SGK'ya fatura edilebilmesi için UBB numaraları, barkotları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
9. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.