

SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Fırça spiral biçimde naylon kıllardan oluşmalıdır.
- 2- 20cm uzunluğunda silindirik olmalıdır.
- 3-2cm lik fırça 18cm. uzunluğunda bir sapa tutturulmuş olmalıdır.
- 4- Endoservikal örneklemede kullanılmalıdır.
- 5- 250 adetlik kutularda olmalıdır.
- 6- UBB kaydı olmalıdır.
- 7- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

Prof.Dr.Semra ORUÇ KOLTAN
Celal Bayar Univ.Kadın Hast.ve
Doğum Anabilim
Dip.No:87/AA/152
Tes.No:36699

SMEAR FIRÇASI (CERVİX BRUSH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

17

- 1- Uygulamada maksimum biyopsi materyali alınabilmesi için fırçası ortada en uzun, kenarlara doğru simetrik olarak kısalan tipte olmalıdır.
- 2- Toksik madde içermemelidir.
- 3- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 4- Endoservikal örneklemede kullanılmalıdır.
- 5- 250 adetlik kutularda olmalıdır.
- 6- UBB kaydı olmalıdır.
- 7- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.


Prof. Dr. Semra ORUÇ KOLTAN
Celal Bayar Üniv. Kadın Hast. ve
Doğum Anabilim
Dip. No: 87/AA/152
Tes. No: 36699