

## NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN (S.M.L.)

1. Tabii kauçuktan muayene amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Esnek ve sağlam olmalı, yırtılmalara dayanıklı olmalıdır
3. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki ele de uyumlu anatomik yapıda olmalıdır.
4. Hipoallerjenik ve pudralı olmalıdır.
5. Dokusu düzgün olmalıdır.
6. 100'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.
8. En az 5 adet numune gönderilecek
9. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
10. UBB Kaydı olmalıdır.

CBÜ  
Temsirelik Hiz. Mdr. Yrd.  
Birgöl KARACA



## SAATLİK İDRAR TORBASI 2000 CC. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den üretilmiş ve 2000ml kapasiteli olmalı
2. Torba 50 ini aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve torba içindeki idrar miktarını doğru ölçmeli, eksik veya fazla göstermemeli
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı
4. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı
5. İdrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, patlamamalı
6. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılara takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemeli
7. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı
8. Hortumun sondaya takılan ucunda konik konnektör bulunmalı
9. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
10. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı
11. Torba ve hortum u şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı, idrarı boyamamalı
12. Hasta yatarken yatak kenarına asılan torbanın çekilmesini, gerilmesini önlemek için hortum uzunluğu en az 75 cm olmalı
13. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı
14. Örnek alabilmek için sondaya giriş yerine yakın ayrı bir giriş yeri olmalıdır
15. Steril tekli paketler halinde olmalı, paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo tesliminden itibaren en az iki yıl kullanma ömrü olmalı
16. Ürünün CE belgesi olma" ve CE'ye uygunluğu belgelendirilmeli
17. En az 5 adet numune teslim edilecektir.
18. 2 tane şahit numune olarak teslim edilecektir

CBU  
Temsilcilik Hiz. Mdr. Yrd.  
BİRGÜL KARACA



## **ABESLANG TAHTA (TEKLİ PAKETLERDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalı
2. Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalı
3. Kokusuz ve temiz olmalı
4. Esnek olmamalı
5. Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalı
6. 15 cm uzunluğunda, 2 cm  $\pm$  2 mm genişliğinde olmalı
7. Steril,tekli paketlerde ve 100'lük kutu içinde bulunmalı

**C.B.Ü.T.F.**  
Memsire Hizmetleri Müdür Yardımcısı  
Saliha Z. ÇALKAN