

SAMPLING LINE (ÖRNEKLEME HATTI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme bölümde kullanılan kapnoğraf cihazının orijinal parçası olacaktır.
2. Hastanın ETCO₂'ni ölçmek için su tuzağına ve hasta çıkışına takılabilir özellikte luerlock bağlantısı olacaktır.
3. Malzeme tek kullanımlık olacaktır.
4. Sampling line en az 2,5m uzunluğunda olacaktır.
5. Sampling line şeffaf yapıda olacaktır.
6. Malzeme ambalajı üzerinde sipariş numarası olacaktır.
7. Malzeme tekli steril ambalajı içerisinde 10 adetlik paket olacaktır.
8. Teklif veren firmanın ISO 9001:2008 ve TSE-12426 HYB belgesi bulunmalıdır.
9. Teklif veren firmalar 15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ ni teklifleri ile birlikte idareye sunacaktır.
10. Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest ve Rean.AD
Dip. No: 9543 - Tescil No: 100366