

SARI PLASTİK OTOMATİK PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018 yılı 75000 adet pipet ucu alımı için yapılmaktadır.

1. Hastanemizde demirbaşa kayıtlı 0-200 mikrolitrelik Eppendorf, Thermo ve Acura marka otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.
2. 1000'lik ambalajda olmalıdır.
3. Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
4. Otomatik pipete tam oturmalı, pipet atma mekanizması tarafından uyumlu şekilde atılabilmelidir.
5. Pipet içindeki sıvıyı alma ve verme aşamalarında düzgün çalışmalı pipet içinde sıvı kalmamalıdır.
6. Biyokimya laboratuvarındaki otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.
7. İhale örneği denenerek otomatik pipete tam oturup oturmadığı ve otomatik pipet atma mekanizması çalışıp, çalışmadığı kontrol edilecek ve laboratuvar uzmanı tarafından onaylandıktan sonra alım yapılacaktır.
8. İhaleyi kazanan firma pipet uçlarıyla uyumlu 10 adet 200 mikrolitrelik ve 10 adet 1000 mikrolitrelik boş pipet ucu kutusunu bedelsiz olarak verecektir.

PLASTİK OTOMATİK PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018 yılı 10 000 adet pipet ucu alımı için yapılmaktadır.

1. 0-10 mikrolitrelik eppendorf otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır.
2. Şeffaf ve polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
3. Otomatik pipete tam oturmalı, pipet atma mekanizması tarafından uyumlu şekilde atılabilmelidir.
4. Pipet içindeki sıvıyı alma ve verme aşamalarında düzgün çalışmalı pipet içinde sıvı kalmamalıdır.
5. Biyokimya laboratuvarındaki otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.
6. 1000'lik ambalajda olmalıdır.
7. İhale örneği denenerek otomatik pipete tam oturup oturmadığı ve otomatik pipet atma mekanizması çalışıp, çalışmadığı kontrol edilecek ve laboratuvar uzmanı tarafından onaylandıktan sonra alım yapılacaktır.
8. İhaleyi kazanan firma pipet uçlarıyla uyumlu 10 adet 0-10mikrolitrelik boş pipet ucu kutusu bedelsiz olarak verecektir.

PARAFİLM DİSPENSERİ

Bu teknik şartname 10 adet parafilm dispenserı alımı için hazırlanmıştır.

1. 100 mm ve 50 mm enindeki parafilmelerin verimli kullanılması için düzgün kesilmesi için ve kalan kısmının tozdan korunarak saklanması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Bir adet 100 mm veya iki adet 50 mm eninde parafilm için kullanılabilir olmalıdır.
3. Çift yönlü hareketli iki kesici uçlu bıçak taşımalıdır.
4. Menteşeli şeffaf kapak içinde dispenser olmalıdır.

PİSET

2018 yılı Biyokimya Laboratuvarının ihtiyacı olan 30 adet dar boyunlu şeffaf piset ihtiyacını karşılamak üzere bu teknik şartname hazırlanmıştır.

1. Dar boyunlu şeffaf, yarı sert ve çok şeffaf polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olmalıdır.
3. Sıvı akışını kolaylaştırması için yuvarlatılmış boyun formuna sahip olmalıdır.
4. Gövdeye uygulanacak hafif bir basınç ile esnek sıvı çıkış borusu düz ve ince sıvı akışını sağlamalıdır.
5. Sıvı çıkış boru ucu kesilerek akış hızı isteğe göre arttırılabilir olmalıdır.

EPPENDORF TÜPÜ

2018 yılı Biyokimya Laboratuvarının ihtiyacı olan 5000 adet eppendorf tüpü ihtiyacı için hazırlanmıştır.

1. Kapaklı şeffaf eppendorf tüpü en az 1,5 ml hacimde ve hacim göstergeli olmalıdır.
2. En az 500 adetlik ambalajda olmalıdır.
3. Polipropilenden yapılmış olmalıdır.
4. Sızdırmaz kapaklı ve konik dipli olmalıdır.

Prof. Dr. Fatma TANELİ

Tıbbi Biyokimya Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zeki ARI

Merkez Laboratuvarı Koordinatörü