

OTOMATİK PİPETLER İÇİN SARI RENKLİ PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane laboratuvarlarda yapılan serolojik testlerde kullanılmaya uygun polipropilenden yapılmış olmalıdır
2. Hastanemiz Merkezi Laboratuvarı Seroloji Biriminde kullanılan 10-100 µl ve 100-1000 µl çeşitli marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.
3. 100 adet bedelsiz numune veya numuneler temin edilmelidir. Bu numunelerin denenmesinden sonra teknik şartnameye uyumluluk onayı verilecektir.

İhale miktarı: 110.000 (yüz on bin)



Doç. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 55319



Doç. Dr. Semra KURUTEPE
Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
4280

Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D
4280