

ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ BASINÇ DEGÜLASYON BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 3- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 4-Ürün 51-60 cm basınç sağlamalıdır.