

AUS 800 ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER TIKAMA KAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürünün 4.0cm ve 4.5cm boylarındaki farklı kaf boyları ameliyat esnasında bulunacak şekilde teslim edilecektir.
- 3- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 4- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 5- Ürün Inhibizone (antibiyotik) kaplı olmalıdır.