

ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ AKSESUAR KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2-Ürünün içerisinde üretrayı ölçmek için cetvel ve bağlantı parçaları olmalıdır.
- 2- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 3- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.