

## **SİSTOSKOP SETİ PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KONU :** Bu teknik şartname Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji A.D. için satın alınacak olan SistoskopSeti Parçaları teknik özelliklerini, kontrol ve muayene ile ilgili hususları kapsar.

### **TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ**

#### **1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :**

1. Numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
2. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
4. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (ConformitéEuropéenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

#### **2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :**

1. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
2. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

#### **3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :**

1. Aletlerin tamamı ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka Sistoskop seti parçaları ile uyumlu olmalıdır.
2. Malzemeler kliniğimiz tarafınca denenerek uygunluk verilecektir.

#### **1 Adet SistoskopKılıfı 22 Fr.**

1. 22Fr. olmalı, 2 adet LuerLock adaptörü ile birlikte verilmelidir.
2. Çalışma uzunluğu 22 cm olmalıdır.
3. Renk kodu mavi olmalıdır.
4. 4mm 30 cm teleskop ile kullanılabilir.
5. Obtüratörü ile birlikte verilmelidir.
6. Ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka teleskop ve Sistoskop parçaları ile uyumlu olmalıdır.

**1 Adet Teleskop köprüsü**

1. 2 adet enstrüman kanalı olmalıdır.
2. Ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka teleskop ve Sistoskop parçaları ile uyumlu olmalıdır.

**1Adet SistoskopKavrama Forsepsi**

1. Ufak parçalar için ve çift çene hareketli olmalıdır.
2. Flexible yapıda olmalıdır.
3. 7 Fr. ve uzunluğu 40 cm. olmalıdır.
4. Ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka Sistoskop parçaları ile uyumlu olmalıdır.