


#### SKOPİ KILIFI TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Şeffaf polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Kılıf kenarı sert olmayan lastik geçirilmiş olmalı ve tablaya rahatça geçirilmesini sağlamalıdır.
3. Boyutları; en az 80x80 cm. olmalıdır.
4. Eto sterilizasyon yöntemi ile steril edilmelidir.
5. Tekli paketler halinde olmalıdır.
6. En az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
7. Yırtılmış yada uygunsuz ürün yada paketlerin firma tarafından değiştirilebilir olmalıdır.

  
Prof. Dr. Serdar TARHAN  
E.B.Ü. Radyoloji A.D.  
Dip. No : E0887  
Dip. Tescil No : 36932  
Uzm. Tescil No : 35271